

# Kompatibilitätshinweise

Im folgenden Kapitel erhalten Sie Einblicke in technische Anforderungen im Zusammenhang mit dem „OnkoEins – Digitaler Therapiebegleiter“.

## Systemanforderungen

Das Produkt „OnkoEins – Digitaler Therapiebegleiter“ ist ein auf Basis eines Cloud Systems erstelltes Medizinprodukt. Um dieses Nutzen zu können müssen Sie folgende technische Voraussetzungen erfüllen. Weiterhin sind eine persönliche E-Mail-Adresse, sowie ggf. ein Mobiltelefon mit gültiger Telefonnummer nötig.

**Betriebssystem:** Microsoft Windows 7 oder später/ Apple macOS in aktueller Version

**Internet:** es wird eine stabile Internetverbindung benötigt. Durch eine geringe Übertragungsgeschwindigkeit kann es zu Einschränkungen in der Performance kommen.

**Browser:** es wird einer der folgenden Browser in der jeweils aktuellen Version („Major Release“) empfohlen. Bei anderen Browsern kann es zu fehlerhafter Darstellung, mangelnder Absicherung, sowie Performance Problemen kommen. Hierfür übernehmen wir keine Verantwortung.

- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox (Standard und Developer Edition)
- Google Chrome
- Apple Safari

## Interoperabilität

Das Produkt „OnkoEins – Digitaler Therapiebegleiter“ ist als Cloud System mit einer Datenbank entsprechend dem HL7/FHIR Standard konzipiert. Entsprechende Anbindungen auf Basis des unter [https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health\\_cloud\\_object\\_reference.meta/health\\_cloud\\_object\\_reference/object\\_ref\\_overview.htm](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud_object_reference.meta/health_cloud_object_reference/object_ref_overview.htm) beschriebenen Datenmodells und entsprechender APIs sind umsetzbar.

Zum derzeitigen Zeitpunkt sind keine Schnittstellen in Drittsysteme implementiert.

Zum derzeitigen Zeitpunkt sind keine Einbindungen von sogenannten „Wearables“ oder sonstigen medizinischen Geräten oder Sensoren vorgesehen.